



## Завод за јавно здравље Лескова

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 697/1  
Датум: 26.02.2016.

**Предмет: Достава одговора Комисије за ЈНМВ 1/16 бр. 697 од 26.02.2016 год.**

У прилогу Вам достављамо одговоре Комисије за јавну набавку добара – Хемикалије ЈНМВ 1/16 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, на питања потенцијалног понуђача примљена 26.02.2016 год.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац [www.zzjzle.org.rs](http://www.zzjzle.org.rs) и Порталу јавних набавки.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР  
др Александра Николић



## Завод за јавно здравље Лескова

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

### Комисија за јавну набавку добара - Хемикалије ЈНМВ 1/16 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 494 од 12.02.2016 године.

**Предмет:** Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 697 од 26.02.2016 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 1/16, број 697 од 26.02.2016 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Замолила бих Вас за појашњењем тендерске документације ради достављања одговарајуће понуде према јавној набавци ЈНМВ 1/16.

Да ли је одговарајуће понудити паковања од 2,5Л уместо 1Л за раствараче обзиром да су већа паковања економичнија (пример: Азотна киселина, Диетил-етар, Сирћетна киселина, Хлороформ; Фосфорна киселина...)?

Партија 2

Ставка 36-Метилен црвено-Навели сте у техничким карактеристикама да је тражени интервал рН вредности 3-4,4, да ли је одговарајуће понудити Метил црвено са интервалом рН 4,2-6,2?

Ставка 74-ДПД кесице-Реагенс за одређивање слободног хлора. Навели сте да Вам је потребна количина од 1.500 ком тестова, молим Вас за одговор на ком апарату се врше одређивања као и да ли Вам више одговарају стандарди у прашкастом или течном облику.

Наручилац у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР:**

1. За раствараче и киселине понудите паковања од 1л. без обзиром што су већа паковања економичнија, јер за већину тражене количине се не слажу са том амбалажном јединицом као и из практичних разлога (чување, очување квалитета...)
2. Ставка 36 – Метил црвено рН опсег 4.2 – 6,3
3. Ставка 74 – НАСН колориметар

Председник Комисије  
мр Живојин Цакић