



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 3359
Датум: 16. 10. 2015.

Предмет: Достава одговора Комисије за ЈНМВ 15/15 бр. 3350 од 16.10.2015 год.

У прилогу Вам достављамо одговоре Комисије за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема ЈНМВ 15/15 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, на питања потенцијалног понуђача примљена 16.10.2015 год.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР
Прим. др Ивана Митић



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

**Комисија за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема ЈНМВ 15/15 за потребе
Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 3287 од 13.10.2015 године.**

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 3350 од 16.10.2015 год.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара Лабораторијска опрема број 15/15 , број 3350 од 16.10.2015 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Поштовани,

Молим Вас да према Вашем јавном позиву 15/15 појасните следеће:

Партија 1, Ставке 1 и 2

Да ли је одговарајуће понудити бољу темп. Стабилност од тражене ± 0.2 °C? Тражено је ± 0.5 °C.
Партија 1, ставка 2 – Микробиолошки инкубатор да ли је одговарајуће понудити инкубатор корисне запремине 288 лит.?

Партија 5- апарат за дестилацију

Молим Вас да појасните који капацитет производње воде на сат вам је потребан? Захтев за 100 lit. Воде/ 2 сата, односно 50l/h, ултрачисте воде је врло неоубичајен за лабораторијске потребе.

Наручилац у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР:**

Питање 1. Наравно, неопходно је да дозвољено одступање температуре буде минимум $\pm 0,5$ °C, па је све мање од тога задовољавајуће.

Питање 2. Према спецификацији тражена је запремина 250 l до 270 l. Међутим, уколико Ваш апарат задовољава остале карактеристике, а посебно тражено дозвољено одступање температуре као најважнији захтев, онда је одговарајуће понудити микробиолошки инкубатор запремине 288l.

Питање 3. Производња од 100l воде /2 сата тј. реално, како сте и само написали, капацитет производње од 50l/h, је дата само из разлога усаглашавања са временском организацијом посла у лабораторији.

Председник Комисије
Маријана Богдановић