



## Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 1164/1  
Датум: 22.03.2016.

**Предмет: Достава одговора Комисије за ЈН 1а/16 бр. 1164 од 22.03.2016 год.**

У прилогу Вам достављамо одговоре Комисије за јавну набавку добара – Микробиолошки препарати ЈН 1а/16 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, на питања потенцијалног понуђача примљена 22.03.2016 год.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац [www.zzjzle.org.rs](http://www.zzjzle.org.rs) и Порталу јавних набавки.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР  
др Александра Николић





## Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

**Комисија за јавну набавку добара – Микробиолошки препарати ЈН 1а/16 за потребе  
Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 654 од 24.02.2016 године.**

**Предмет:** Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 1164 од 22.03.2016 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 1а/16 , број 1164 од 22.03.2016 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Поштовани ,

Молимо Вас да ставке 48 и 49 из Партије 1 – Антибиограм дискови, издвојите у посебну партију, јер само један понуђач може понудити поменуте ставке са тим концентрацијама на територији Републике Србије. Издвајањем ових ставки посебну партију, обезбедили би сте већу конкуренцију и могућност добијања већег броја понуда према вама.

Наручилац у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР:**

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.

Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи у роковима и на начин прописан ЗЈН, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке.

**Наручилац се одлучио на овакву поделу партија из разлога што би дефинисање партија по принципу једна ставка – једна партија, а на бази досадашњих искустава резултирало закључењем уговора за највише 30-40% потребних добара, што није прихватљиво и што би директно угрозило процес рада Наручиоца и довело у питање основну делатност Наручиоца. Поред тога, код индивидуалних ставки ниже вредности понуђачи не би имали интерес да уопште понуде производе, што би као резултат имало понављање поступка праћено дуплирањем трошкова, нерационалним додатним ангажовањем људских ресурса и продужавањем рокова завршетка поступка, за минимум додатна два месеца.**

Начело једнакости понуђача оваквим обликовањем партија никако није нарушено јер захтевима наведеним у конкурсној документацији, техничким спецификацијама и додатним условима за учешће у поступку ниједном одредбом није фаворизован одређени понуђач.

На основу искуства из прошлогодишњег тендера, по захтеву за набавку ( бр. 62. од 06.11.2015.) за набавку диска Линезолид, који се тестира код инвазивних изолата *Staphylococcus aureus*, а исти никада нисмо добили, нисмо били у могућности да тестирамо инвазивне сојеве у оквиру међународног лабораторијског испитивања из Пројекта Цезар.

Више пута смо наручивали дискове одговарајуће потентности које предвиђа EUCAST стандард, јер смо били у обавези да на овај стандард пређемо од 01.12.2015. али нисмо добили у потпуности одређене дискове (Цефтазидим од 10 µg, Цефотаксим од 5 µg, Пиперацилин+Тазобактам 30+6 µg, Пеницилин од 1 U...), тако да ове дискове нисмо били у



## Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

могућности да тестирамо за екстерну контролу квалитета, јер смо временски били ограничени роком за слање резултата.

Сматрамо да је било неопходно да све тражене дискове по потреби добијемо јер смо у тендеру за 2015.год. јасно назначили концентрације дискова које захтева нови стандард.

председник Комисије  
др Мила Стојиљковић