



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 3793/11
Датум: 03.10.2017.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 3793 од 03.10.2017 године.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 11-2/12/17 Лабораторијска и мерна опрема, број 13792 од 03.10.2017 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

У вези ЈНМВ 11-2/12/17 за партију 5 молимо вас да нам одговорите на питања:

Партија 5 ставка 1: да ли је прихватљиво понудити решо са дигиталним терморегулатором и електричном регулацијом са снагом грејача 2,5 КВ?

Партија 5 ставка 2: да ли је прихватљиво понудити калоту снаге грејача 0,2КВ која може постићи 550 степени?

Да ли можете продужити рок испоруке на мин. 30 дана, обзиром да је рок од 7 дана веома кратак за производњу и испоруку опреме, а тим захтевом фаворизујете добављаче који на лагеру имају баш ту опрему коју сте тражили јавном набавком?

Комисија за јавну набавку добара – 11-2/12/17 Лабораторијска и мерна опрема за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 3767 од 02.10.2017 године., у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР:**

1. Да димензија грејне плоче 300х300 мм.
2. Да

У вези са питањем извршена је измена Конкурсне документације у делу рока испоруке.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) , наручилац у року предвиђеном за подношење понуда мења конкурсну документацију за јавну набавку бр. 11-2/12/17 Лабораторијска и мерна опрема, број 3783/1 од 03.10.2017 године, на следећи начин:

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у делу 8. Образац структуре цене са упутством како да се попуни

Прилог: Измењена Конкурсна документација

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

Председник Комисије
Јелена Луковић