



## Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број:533/1

Датум: 20.02.2019.

**Предмет:** Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 533 од 18.02.2019 године.

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку 1а/19 Микробиолошки препарати, број од године, наручилац даје следећи одговор:

Дана заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Поштована/и,

Замолили бисмо Вас за додатно објашњење за Јавну набавку број ЈН1а/19, које се односи на партију 25.:

Да ли брзи тест треба да поседује могућност за одвојену детекцију карбапенемаза ОХА-48, КРС и NDM код ентеробактерија и да ли је потребно да поседује детекциони лимит?

Унапред хвала и срдчан поздрав,

Комисија за јавну набавку 1а/19 Микробиолошки препарати, за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем број: 220 од 25.01.2019 године, у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР:**

Брзи тест не мора да поседује могућност за одвојену детекцију карбапенемаза ОХА-48, КРС и NDM код ентеробактерија .

Није неопходно да поседује детекциони лимит.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац [www.zzjzle.org.rs](http://www.zzjzle.org.rs) и Порталу јавних набавки.

Председник комисије  
Др Слађана Миловановић