



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 2531/11
Датум: 16.07.2019.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 2531 од 15.07.2019 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 7/19, број 2531 од 15.07.2019 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Молим за додатна појашњења за ЈНМВ 7/19, за следеће ставке:

Партија 1:

- ставка 24-Да ли је прихватљиво понудити левак P=125мм?
- ставка 28-Да ли је прихватљиво понудити левак P=65мм?
- ставка 35-Да ли је прихватљиво понудити аван P=100мм ,x=70?
- ставка 39-Да ли је прихватљиво понудити боцу од 100мл?
- ставка 46-Да ли је прихватљиво понудити боцу од 120 мл? Да ли Вам је потребна светла или тамна боца?
- ставка 47-Да ли је прихватљиво понудити боцу од 60мл? Да ли Вам је потребна светла или тамна боца?

Партија 2:

- ставка 11-Да ли је прихватљиво понудити мензуру са шлифом 19/26? Шлиф 29/32 се ставља на мензуре веће милилитраже.
- ставка 12-Да ли је прихватљиво понудити мензуру са шлифом 24/29? Шлиф 29/32 се ставља на мензуре веће милилитраже.

Партија 5:

- ставка 1-Да ли је прихватљиво понудити мрежицу 100x100мм или 150x150мм?

Партија 7:

- ставка 6-Да ли је прихватљиво понудити машице 300мм?

Партија 8:

- ставка 1-Да ли је прихватљиво понудити термометар опсега од -30 до +50?

Комисија за јавну набавку– Лабораторијско посуђе и прибор ЈНМВ 7/19 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 2480 од 11.07.2019 године., у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следеће **ОДГОВОРЕ**:

- Партија 1 - Све понуђене ставке су прихватљиве
- Партија 2 - Све понуђене ставке су прихватљиве
- Партија 5 – Прихватљива је ставка мрежице 150x150мм
- Партија 7 – Понуђена ставка је прихватљива
- Партија 8 – Понуђена ставка је прихватљива

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

Председник комисије
Катарина Вељковић