



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 1684/1
Датум: 28. 04. 2016.

Предмет: Достава одговора Комисије за ЈНМВ 1/16 бр. 1684 од 27.04.2016 год.

У прилогу Вам достављамо одговоре Комисије за јавну набавку добара – Лабораторијско посуђе и прибор ЈНМВ 2/16 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, на питања потенцијалног понуђача примљена 27.04.2016 год.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР
др Александра Николић





Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Комисија за јавну набавку добара – Лабораторијско посуђе и прибор ЈНМВ 2/16 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 1591 од 20.04.2016 године.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 1684 од 27.04.2016 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 2/16 , број 1684 од 27.04.2016 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Питања за јавну набавку 2/16

У случају да се понуда подноси за више партија, да ли се само образац понуде попуњава за сваку партију посебно или се и сви остали обрасци попуњавају за сваку партију посебно?

Партија 1, ставка 16 чаша 500 мл, да ли може да се понуди чаша 600 мл?

Партија 1, ставка 28, да ли може да се понуди левак Ø90 мм?

Партија 6, ставка 4, филтер за мембране филтрацију. Који дијаметар мембране филтра Вам одговара?

Партија 6, ставка 6, који дијаметар филтер Папур Вам треба?

Партија 8, ставка 1, стаклени термометар -30-70БС. Да ли може да се понуди стаклени термометар -35/+50С?

Партија 8, ставка 2, стаклени термометар 10-120С, да ли може да се понуди стаклени термометар -20/+110С?

Наручилац у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР:**

У случају да понуђач подноси понуду за више партија потребно је да попуни образац понуде и све остали обрасце за сваку партију посебно.

Партија 1 ставка 16 уместо лабораторијска чаша од 500 мл. транспарентно стакло може да се понуди лабораторијска чаша од 600 мл. транспарентно стакло.

Партија 1 ставка 28 у тендерској документацији под ставком 28 је и наведен пречник левка 90 мм.

Партија 6 ставка 4 филтер за мембран филтрацију – одговара дијаметар филтра од 47 – 50 мм величина поре 0,45µм од произвођача Сарториус

Партија 6 ставка 6 одговара дијаметар филтер папира од 150 мм



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Партија 8 ставка 1 уместо стакленог термометра – 30-70Ц неможе да се понуди стаклени термометар –35/+50Ц

Партија 8 ставка 2 уместо стакленог термометра 10-120Ц може да се понуди стаклени термометар –20/+110Ц

Председник Комисије

Небојша Лазих