



**Завод за јавно здравље Лесковац**

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 1632/1  
Датум: 28.04.2016.

**Предмет: Достава одговора Комисије за ЈНМВ 1/16 бр. 1692 од 27.04.2016 год.**

У прилогу Вам достављамо одговоре Комисије за јавну набавку добара – Лабораторијско посуђе и прибор ЈНМВ 2/16 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, на питања потенцијалног понуђача примљена 27.04.2016 год.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац [www.zzjzle.org.rs](http://www.zzjzle.org.rs) и Порталу јавних набавки.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР  
др Александра Николић





## Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

**Комисија за јавну набавку добара – Лабораторијско посуђе и прибор ЈНМВ 2/16 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 1591 од 20.04.2016 године.**

**Предмет:** Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 1692 од 27.04.2016 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 2/16, број 1692 од 27.04.2016 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Молимо Вас за додатна техничка појашњења за доле наведене ставке:

### ПАРТИЈА 1

Ставка 16 – Да ли је прихватљиво понудити чаше запремине од 600мл јер произвођачи не праве чаше од 500мл?

Ставка бр.21,22,23 – Тражили сте левкове са шлифом 26/32, претпостављамо да је дошло до грешке пошто се левкови за одвајање праве са шлифом 29/32

Ставка бр.28 – Поштовани да ли је прихватљиво понудити левак пречника 0100мм или 80мм јер се левкови пречника 090 не праве?

Ставке бр.46,47,48,49 – Да ли је потребно понудити реагенс боце са уским или широким грлом?

Ставка бр.51 – Да ли је прихватљиво понудити боцу капалицу запремине од 120мл?

Ставка бр.52 – Да ли је прихватљиво понудити боцу капалицу запремине од 60мл?

Ставк бр.65 – Да ли је прихватљиво понудити епрувете димензија 25x250мм?

### ПАРТИЈА 8

Ставка бр.1 – Да ли је прихватљиво понудити термометре опсега -35+50Ц

Ставка бр.2 – Да ли је прихватљиво понудити термометре опсега -10+100Ц

Наручилац у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР:**

Партија 1 ставка 16 уместо лабораторијска чаша од 500 мл. транспарентно стакло може да се понуди лабораторијска чаша од 600 мл. транспарентно стакло

Партија 1 ставке 21,22,23 техничка грешка уместо левкова за одвајање са шлифом 26/32 трета да стоји левци за одвајање са шлифом 29/32

Партија 1 ставка 28 може се понудити пречник левка 100 мм

Партија 1 ставке 46,47,48,49 потребно понудити реагенс боце са уским грлом

Партија 1 ставка 50 уместо реагенс боце капалице од 100 мл. прихватљиво је понудити реагенс боце капалице од 120мл.



## Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Партија 1 ставка 51 уместо реагенс боце капалице од 50мл.прихватљиво је понудити реагенс боце капалице од 60мл.

Партија 1 ставка 65 уместо епрувете 25x300мм није прихватљиво понудити епрувете 25x250мм

Партија 8 ставка 1 уместо стакленог термометра – 30-70С неможе да се понуди стаклени термометар –35/+50С

Партија 8 ставка 2 уместо стакленог термометра 10-120С може да се понуди стаклени термометар –10/+100С

Напомена: У захтеву за техничка појашњења нису добро дефинисали ставке бр.51 и 52

Председник Комисије

Небојша Лазих