



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 128/1
Датум: 13.01.2017.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 128 од 12.01.2017 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 13/17, број 128 од 12.01.2017 године. (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Поштовани,

Да ли можете да нам појасните позицију бр. 8 из предмета (ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ) - Гасна инсталација и монтажа система за снабдевање специјалних гасова ради коришћења апарата – гасног хроматографа са ЕЦД (детектор са захватом електрона) и НПД (азотно-фосфорни детектор) детекторима

Издавање извештаја о изведеном стању гасне инсталације овлашћене фирме и израда упутства за руковање.

О каквом извештају се ради

Комисија за јавну набавку радова – Гасна инсталација и монтажа система за снабдевање специјалних гасова ради коришћења апарата – гасног хроматографа са ЕЦД (детектор са захватом електрона) и НПД (азотно-фосфорни детектор) детекторима ЈНМВ 13/17 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 104 од 11.01.2017 године., у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР**:

Текстуални опис позиција боца у просторији за гасове са ознаком места за дате боце у форми записа.

Упутство за рад и руковање системом за наведене гасове, руковање контролним панелима за наведене гасове, превентивно одржавање система гасова са мерама безбедности и временски период предвиђен за сервис гасне подстанице.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

Председник Комисије
мр Живојин Цакић дипл.инж.хем.технол.