



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 3885/11
Датум: 11.10.2017.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 3885 од 11.10.2017 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 10/17 Медицински потрошни материјал, број 3885 од 11.10.2017 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 10/17

Поштовани

У партији бр 15 –остали медицински потрошни материјал тражене су двоструке кесе за крв запремине 250 мл. С обзиром да су на тржишту Србије заступљене кесе од 350 мл и од 450 мл није нам познато да се користе и да су промету и кесе од 250 мл стога вам постаљамо питање :

- Да није у питању грешка и да уместо 250 мл вама требају кесе од 350 мл ?
- Да ли ће бити прихватљива понуда уколико понудимо кесе запремине 350 мл ?

У циљу наше боље припреме за тендер и наше што боље сарадње молимо за одговор . Унапред хвала .

Комисија за јавну набавку добара – Медицински потрошни материјал ЈНМВ 10/17 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 3835 од 09.10.2017 године., у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР:**

Понуда ће бити прихватљива и уколико се понуде кесе од 350 мл.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

Председника Комисије

Лидија Саитовић