



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 2786/11
Датум: 25.06.2018.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 2786 од 22.06.2018 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 4/18, број 2786 од 22.06.2018 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 4/18

Партија 6 - Филтер папир

Замолили бисмо вас да нам појасните следеће, а односи се на Партију 6:

Ставка 3, да ли је тражени филтер папир квантитативни или квалитативни?

Ставка 4, који је дијаметар тражених мембрана?

Ставка 5, који је дијаметар тражених мембрана?

Ставка 7, да ли је тражени филтер папир квантитативни или квалитативни и који је дијаметар филтер папира?

Ставка 8, који је дијаметар траженог филтер папира ?

Комисија за јавну набавку– Лабораторијско посуђе и прибор ЈНМВ 4/18 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 2745 од 20.06.2018 године., у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР:**

Ставка 3 – квалитативни филтер папир

Ставка 4 – тражени дијаметар 30-40 мм

Ставка 5 - тражени дијаметар 30-40 мм

Ставка 7 – квантитативни филтер папир, дијаметар 100-125 мм

Ставка 8 – тражени дијаметар 100-125 мм

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

Заменик председника комисије

Маријана Богдановић