



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 53/11
Датум: 11.01.2019.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 53 од 10.01.2019 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 1/19 Лабораторијска опрема-имунохемијски анализатор, број 19 од 03.01.2019 године, наручилац даје следећи одговор:

Дана 10. јануара 2019 године заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Поштовани,

Јављамо се са захтевом за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ 1/19 Лабораторијска опрема – имунохемијски анализатор. Наша питања гласе:

Питање бр. 1:

Да ли је потребно навести цену потрошног материјала, пластичних наставака, ради боље уорогедivosti ponuda?

Питање бр. 2:

Да ли је за наручиоца прихватљива понуда апарата који користи две врсте наставка ако је јединична цена по наставку иста? У случају да није, да ли можете да нам појасните зашто је важно да апарат користи само један тип наставка?

Питањ бр. 3:

У случају да је понуђач у могућности да понуди дужи гарантни рок од годину дана да ли би било могуће пондерисати понуђене гарантне рокове?

Питање бр. 4:

Да ли је потребно да апарат има могућност допуњавања новим узорцима у току извођења анализа?

Питање бр. 5:

Да ли је потребно навести цене сервиса апарата након истека гарантног рока, редовног одржавања и цене резервних делова?

Питање бр 6:

Можете ли да нам појасните зашто је за рад значајно да апарат има испираче капацитета већег од 2 литра?

Питање бр.7:

Да ли је за наручиоца прихватљива понуда за апарат који може да ради више од 12 тестова истовремено?

Питањ бр.8:

Да ли је потребно да апарат поседује могућност детекције угрушака у узорку?

Комисија за јавну набавку– Лабораторијска опрема – имунохемијски анализатор 1/19 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 17 од 03.01.2019 године., у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР**:



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Одговор 1:

Није неопходно навести цене потрошног материјала и наставака јер то није предмет набавке у овом случају.

Одговор 2:

Неопходно је да апарат користи једну врсту наставака (обичних пластичних), како би било поједностављен рад на апарату и самим тим наручивање истих.

Одговор 3:

Понуђач је навео у захтеву неопходну дужину гарантног рока, дужи гарантни рок неће дати предност у одабиру понуде.

Одговор 4:

Није неопходно да апарат има могућност допуњавања новим узорцима у току извођења анализа.

Одговор 5:

Не, није потребно.

Одговор 6:

Због веће аутономије у раду

Одговор 7:

Наручилац је специфицирао број тестова неопходних за рад.

Одговор 8:

Наручилац је специфицирао шта су неопходне перформансе које апарат треба поседовати.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

Председник комисије
др Мила Стојиљковић