



## Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 2536/11  
Датум: 16.07.2019.

**Предмет:** Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 2536 од 16.07.2019 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 7/19, број 2536 од 16.07.2019 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

### ПИТАЊА ЗА ЈН 7/19

1. Партија 1, ставка 53 и 54 – да ли епрувета за центрифугу треба да буде са рубом, да ли треба да буде неградуисана или градуисана и да ли мора бити округло дно или може бити и конусно дно?

Комисија за јавну набавку – Лабораторијско посуђе и прибор ЈНМВ 7/19 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 2480 од 11.07.2019 године., у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следеће **ОДГОВОРЕ:**

1. Епрувете са центрифугом може а и не мора да буду са рубом, такође није нам битно у раду да буду градуисане значи може и неградуисане а што се тиче дна ако има са конусним дном може боље је, а ако нема може и ове са округлим да се користе.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац [www.zzjzle.org.rs](http://www.zzjzle.org.rs) и Порталу јавних набавки.

Председник комисије  
Катарина Вељковић